



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

02.10.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку набора инструментов для хирургии для нужд института в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить на электронную почту zakurki@bekhterev.ru в срок до 10.10.2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№	Технические характеристики	Кол-во	Наличие, соответствие или величина параметра
1.	Комплект дистрактора в составе:	1 шт.	Соответствие
1.1.	Рамка дистрактора (вертебральный, для правого доступа).	1 шт.	Соответствие
1.2.	Назначение: для доступа к C5 до T1/2		Соответствие
1.3.	Материал: сталь, отвечающая ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000		Наличие
1.4.	Антибликовая поверхность		Наличие
1.5.	Лазерная маркировка на инструменте матричного кода, каталожного номера для идентификации и учета инструмента.		Наличие
1.6.	Индивидуальная упаковка		Наличие
1.7.	Наименование на упаковке на русском языке		Наличие
1.8.	Отвёртка для тракционных винтов для дистрактора	1 шт.	Соответствие
1.9.	Материал: сталь, отвечающая ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000		Наличие
1.10.	Антибликовая поверхность		Наличие
1.11.	Лазерная маркировка на инструменте матричного кода, каталожного номера для идентификации и учета инструмента.		Наличие
1.12.	Индивидуальная упаковка		Наличие
1.13.	Наименование на упаковке на русском языке.		Наличие
1.14.	Винт фиксирующий	2 упак.	Соответствие
1.15.	Двойная стерильная упаковка, в упаковке 2 штуки.		Наличие
1.16.	Материал: сталь		Наличие
1.17.	Шаг резьбы, не менее		2 мм

1.18.	Винт устанавливается специализированным инструментом		Наличие
1.19.	Индивидуальная упаковка		Наличие
1.20.	Наименование на упаковке на русском языке.		Наличие
1.21.	Винт фиксирующий офсетный	1 упак.	Соответствие
1.22.	Двойная стерильная упаковка, в упаковке 2 штуки.		Наличие
1.23.	Длина офсета, не менее		12 мм
1.24.	Шаг резьбы, не менее		2 мм
1.25.	Винт устанавливается специализированным инструментом		Наличие
1.26.	Индивидуальная упаковка		Наличие
1.27.	Наименование на упаковке на русском языке.		Наличие
2.	Зажим для швов	1 шт.	Соответствие
2.1.	Предназначен для выполнения эндоскопических операций на позвоночнике		Соответствие
2.2.	Внешний диаметр, не менее		4,0 мм
2.3.	Рабочая длина, не менее		360 мм
2.4.	Дистальная часть инструмента отклоняется на угол до 90 градусов		Наличие
2.5.	Отклонение дистальной части инструмента с помощью рычага, расположенного на рукоятке		Наличие
2.6.	Стерилизация в автоклаве		Наличие
3.	Дискоскоп	1 шт.	Соответствие
3.1.	Назначение: для выполнения эндоскопических операций на позвоночнике		Соответствие
3.2.	Окуляр отклоненный		Наличие
3.3.	Тубус эндоскопа овальный		Наличие
3.4.	Меньший диаметр тубуса, не менее		5,6 мм
3.5.	Большой диаметр тубуса, не более		6,9 мм
3.6.	Интегрированный рабочий канал		Наличие
3.7.	Диаметр рабочего канала, не менее		4,1 мм
3.8.	Рабочая длина, не менее		207 мм
3.9.	Интегрированный фиброволоконный световод		Наличие
3.10.	Диаметр интегрированного фиброволоконного световода, не менее		2,5 мм
3.11.	Направление взгляда		25 градусов

Заместитель директора по ОБ

А. В. Лыженков